Test de recherche de sang dans les selles Mode d'emploi

ARDOC
Association Régionale
des Dépistages Organisés des Cancers
Association loi 1901
Tél. : 04 73 43 06 60
Site : www.ardoc.org

L'ARDOC vous a adressé :

- Une invitation comportant des étiquettes

Votre médecin vous a remis :

- Une fiche de suivi HEMOCCULT II
- Une enveloppe T comprenant une pochette contenant les tests et leur mode d'emploi

Lisez entièrement le mode d'emploi au dos de ce document avant de commencer...

Ne consommez pas de vitamine C (8 jours avant le test)

N'effectuez pas le test pendant la période des règles

Vous êtes maintenant prêt à réaliser le test !

ATTENTION ! L'analyse ne sera pas réalisable et il faudra refaire le test :

Si la selle est en contact avec un liquide (urine, eau...).

Si l'échantillon est trop important.

Si vous oubliez la date de prélèvement sur les 3 volets.

▶▶▶

1



Ouvrez la pochette de test. Elle contient :

- 1 plaquette avec trois parties :
  Selle 1 - Selle 2 - Selle 3
- 6 bâtonnets
- 3 dispositifs papier pour recueillir les selles
- 1 pochette de protection pour l'envoi du test.

2



Collez une étiquette (prise sur l'invitation) sur la face arrière de la plaquette

Ou complétez les informations demandées

3



Utilisez le papier fourni ou une assiette en carton pour le recueil des selles ⚠

Placez-le sur la cuvette en le coinçant sous la lunette.

4



Soulevez le volet nommé « Selle 1 »

- Avec un bâtonnet, prélevez un premier petit échantillon de selle de la taille d'une lentille ⚠
  - Déposez l'échantillon sur le **cadre A**
- Avec un autre bâtonnet, prélevez un deuxième échantillon à un autre endroit de la même selle…
  - Appliquez cet échantillon sur le **cadre B**

Refermez le volet et indiquez la date de prélèvement

5



- **Recommencez la même opération avec les deux selles suivantes :**
  - Volet Selle 2 et volet Selle 3

Utilisez de nouveaux bâtonnets à chaque fois

N'oubliez pas d'indiquer les dates de prélèvement sur les volets 2 et 3

6



Collez une étiquette (ou inscrivez vos coordonnées) sur la pochette de protection plastifiée

- Une fois les tests terminés, glissez la plaquette dans cette pochette de protection
- Remplissez la fiche de suivi HEMOCCULT II
- Placez la pochette fermée dans l'enveloppe T et postez-la sans affranchir

La plaquette doit être conservée dans un endroit sec